

Apreciad@s

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha emitido una Alerta Farmacéutica R22/2016 en fecha 05 de septiembre 2016 relacionada con el medicamento: Glucagen Hypokit 1 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente. LOTE FS6X872

**Lote: FS6X872, Caducidad: 08/2018**

En la figura de abajo se indica la localización del número de lote en la etiqueta del envase de GlucaGen® HypoKit (recuadro rojo).



Descripción del defecto:

Se ha detectado la posibilidad de que la aguja se desprenda en un número bajo de jeringas, lo que impediría su uso.

Medidas cautelares adoptadas:

Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote FS6X872 y devolución al laboratorio por los cauces habituales.

El equipo de la Unidad de Diabetes de l'Hospital Clínic recomienda a toda persona con diabetes que tenga Glucagen en el domicilio comprobar el lote y si coincide con este defectuoso Lote FS6X872 cambiar el mismo a través de la Farmacia más próxima.